

**Avis :** Procédure à suivre pour retirer le capuchon de la fiole d'acétylcystéine 200 mg/ml, format de 30 ml, pour usage par injection, de la compagnie Teligent®.

Cette procédure fait suite aux difficultés rencontrées lors de la manipulation de ces fioles.

Si lors de la manipulation, le joint d'aluminium est entièrement retiré, le contenu de la fiole devra être prélevé en système ouvert tel que fait lors d'un prélèvement à partir d'une ampoule. Le reste de la solution inutilisée devra alors être jetée.

**Procédure pour le retrait du capuchon de la fiole d'acétylcystéine format de 30 ml :**

### POUR USAGE PAR INJECTION

**1**

#### ÉTAPE UN

Ouvrir / soulever le capuchon.

SOULEVEZ LE  
CAPUCHON ↑



**NE PAS OUVRIR PASSÉ 90°**

NE PAS dépasser ce point pour éviter de retirer le capuchon et le joint.



**2**

#### ÉTAPE DEUX

Tournez doucement le capuchon dans le sens antihoraire pour le détacher du joint.

TOURNEZ ↻



**3**

#### ÉTAPE TROIS

Retirez le capuchon du flacon.

RETIREZ LE  
CAPUCHON  
SEULEMENT

